Spezifikationen

Artikel	32033.374
Artikeltext	Pufferlösung pH 3
Qualität	AVS TITRINORM (Reagent traceable to SRM from NIST)

Weitere Informationen

Parameter	Spezifikation
pH-Wert (20°C) ((realer Wert ± 0,02)	2.98 --> 3.02
NIST rückführbar	Bestätigt

Signatur

Wir bestätigen, dass diese Charge den benannten Spezifikationen entspricht.

Dieses Dokument wurde elektronisch erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.

Ellen Somers, Head of Laboratory - Haasrode
VWR International bvba; Geldenaaksebaan 464; BE-3001 Leuven; Belgium

Weitere Informationen

Diese Pufferlösung ist rückführbar auf Primärstandards (SRM) von NIST (National Insitute of Standards and Technology): SRM 189c, SRM 188 und SRM186 I+II g.

For Professional use in Laboratory or Manufacturing. Not for use as an Active Pharmaceutical Ingredient or Food or Animal Feed. Suitability and intended use of the product remains the responsibility of the user.